



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 019/2023 - MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/09/2023 13:57	Boa tarde! Para os itens 58,59 e 60: Tendo em vista que Vialon® e Teflon® são marcas registradas de um tipo de Polímeros plásticos, perguntamos: Poderão ser aceitos cateteres de material em material de Etileno Propileno Fluorado (FEP), sendo que esse composto químico é a mesma composição do Teflon® de marca registrada.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
19/09/2023 11:19	Retornamos que sim, desde que o produto atenda à ANVISA.		Não há arquivo anexado.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
RIBAS DO RIO PARDO-MS - 19/09/2023

Gerado em: 19/09/2023 11:19:22